



湖南省中西医结合医院
HUNAN HOSPITAL OF INTEGRATED TRADITIONAL CHINESE AND WESTERN MEDICINE
湖南省中医药研究院附属医院
HUNAN ACADEMY OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE AFFILIATED HOSPITAL

湖南省中西医结合医院
(湖南省中医药研究院附属医院)

中医经络检测仪采购

招标文件

招标编号：ZTBB202449

2024年7月



目录

第一部分 招标书

第二部分 投标方须知

第三部分 采购内容及技术要求

第四部分 商务要求

第一部分 招标书

我院因业务发展需要，拟购置中医经络检测仪一台，现对该设备组织招标，诚邀各公司前来参与竞标。

1. 招标编号：ZTBB202449
2. 采购内容：**中医经络检测仪**
3. 招标内容：在满足本次招标所需产品要求资质的基础上，对产品的技术和商务内容进行谈判。
4. 投标商资格：
 - (1) 投标商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；
 - (2) 在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人，依法取得营业执照，具有从事本项目的经营范围和能力；
 - (3) 投标商必须具备所投设备的经营资格；
 - (4) 投标人在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (5) 本项目不允许联合体投标；
 - (6) 法律、法规规定的其他条件；
 - (7) 要求投标商提供针对本次招标产品的专项授权书及售后服务承诺函；
5. 开标时间：另行通知；
6. 开标地点：湖南省中西医结合医院(湖南省中医药研究院附属医院)综合办公楼四楼 411 会议室。



第二部分 投标方须知

一、投标要求

1、合格的投标人和合格的货物

投标人必须具有独立法人资格或者具有独立承担民事责任的能力，遵守国家法律、行政法规，具有良好的信誉及履行合同的能力和良好的履行合同记录，资金状况良好的，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，具有与投标产品相应经营资质的公司，均为合格的投标人。凡经中华人民共和国政府有关部门批准注册生产或在国内注册准销的，符合本次采购技术要求的产品，均为合格的货物。

2、资质文件要求：

- ①投标单位营业执照
- ②投标单位法人身份证复印件（如投标人不是投标单位的法定代表人，须提供法人身份证复印件及法人代表授权书、授权人身份证复印件）
- ③近三年以来销售类似产品的业绩（附合同或中标通知书）
- ④制造厂家营业执照及生产许可证
- ⑤投标产品的注册证
- ⑥制造厂家对投标单位的唯一授权书

请提供上述文件加盖公章的复印件。以上均为投标单位的必备文件，若投标单位未提供或不符合要求，经评委会同意可按无效投标处理。

3、投标文件的编制和递交：

(1) 投标格式（采用 A4 纸装订成册，目录、序号和页码由投标单位自行编列）：

- ①开标一览表；
- ②投标单位概况；
- ③招标文件要求提交的资质文件要求；
- ④项目偏离表；
- ⑤投标文件响应；
- ⑥售后及相关承诺；

(2) 投标货币：人民币。

(3) 投标书的递交：投标人应准备投标文件正本 1 份，副本 4 份，并各自装订成册，密封于信封内，封口处加盖公章或由投标人签字。价格表正本一份，用信封单独密封一同报送，封口处加盖公

章或由投标人签字。

(4) 投标文件应于通知开标当天送达湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）开标现场。

4、投标报价：

- (1) 项目限价 35 万元人民币以下；
- (2) 招标后所确定的供货内容和成交价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。
- (3) 本次评标为综合评标法，最低报价不是中标的唯一保证，产品品牌、销售业绩、售后服务均为中标因素。

5、招标文件的澄清、修改：

(1) 在招标的任何时候，无论出于何种原因，湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）有权对招标文件进行修改。修改内容将以书面形式通知所有参与投标人，并作为原文件的补充，与其具有同等法律效力。

(2) 招标文件的解释权归湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）。

6、纪律与保密

- (1) 参与评标的人员应严守有关保密的法律、法规和规定，严格自律，并接受上级主管部门和有关主管部门的审计和监督。
- (2) 投标人申报的关于资质、业绩等文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。
- (3) 投标人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。
- (4) 投标人不得采用不正当手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争。
- (5) 投标人不得以任何形式打听和搜集评标机密、干扰评标和授标工作。
- (6) 投标人若违反上述要求，其投标将被废除。

二、评委会职能：

- (1) 根据招标文件的要求，决定进入投标单位的名单；
- (2) 根据招标文件的要求，决定招标具体内容；
- (3) 有权对采购内容、技术要求和招标办法进行解释，有权决定处理招标过程中出现的其它相关问题。

三、招标程序：

招标的全过程为院方大致讲解内容要求、最终报价、阅读审查投标文件、评委评标几个阶段进行。

- (1) 投标报价：将各投标单位的投标文件中产品名称、单价、数量、总价、交货期、保质期、维

修响应时间等内容均详细记录在册。

(2) 评审：开标后，评委会通过阅读投标文件，进行具体的技术性、商务性审核。

A. 符合性审查：对投标单位的资质，投标文件的内容进行商务和技术符合性的审查。投标文件中的数据大、小写不符，以大写为准；单价与总价不符，以单价为准。

B. 技术评审内容：产品的技术指标、主要配置及伴随服务等。

C. 商务评审内容：报价数据计算的正确性、完整性，分析报价构成的合理性，交货期，付款方式等。

四、定标：

定标程序：根据评委会的评审结果，由评委会定确定中标候选单位。由湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）对中标候选单位进行不少于三天的网上公示前三名排序。

五、买卖合同：

湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）与中标公司洽谈合同条款，签订买卖合同。招投标文件是签订买卖合同的依据。

第三部分 采购内容及技术要求

一、采购内容：中医经络检测仪一台

二、技术参数要求：

1、核心技术要求

▲1.1 穴位电阻值取值范围： $10\ \Omega \sim 2 \times 10^6\ \Omega$ ；（ $10\ \Omega \sim 200$ 万 Ω ）；

1.2 检测精度：经络值误差 $\leq \pm 2$ ；

▲1.3 重复性（稳定性）：重复测量误差 $\leq \pm 2$ ；

▲1.4 符合性(准确性)误差要求 ± 2 ；

2、软件功能

2.1 采集方式：需满足通过测量人体 12 经脉手腕脚腕 24 个穴位点进行采集；

2.2 数据传输：开放数据协议端口，可将采集到的穴位点生物电值组合规律上传至数据库进行分析比对，按统计学原理返回穴位点经络值；

2.3 报告生成：可根据数据库返回经络值依据组合规则生成报告。报告内容包含：早期疾病风险及八大系统风险提示功能；

2.4 检测结果可直观量化显示经络及对应脏腑的“虚实盛衰、气血盈亏、人体系统平衡状态”可自动提供个性化诊疗方案，调理方案；

2.5 经络值：可以数值的形式反映 12 经络的虚实状况，可生成对应症状，每条经络有经络值数值标准，具备经络脏腑病位关联分析功能，具备子午流注对应经脉提示功能；

2.6 中医辩证论治及疗效评估检测功能（趋势发展分析）：可任意选择两个时间段的检测报告进行同屏对照分析；

2.7 其他要求：可自动提供“未病预警提示、中医健康管理方案”包含：对应脚底按摩（足疗按摩建议）、针灸（针灸穴位建议）、经络按摩建议、情绪精油（芳香疗法建议）等；

2.8 检测方式及诊断结果应符合 T/CACM 1089-2018 标准。



第四部分 商务要求

1、**交货地点：**湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）

2、**交货期：**30 天内到货并安装调试完毕，每延迟交货一周罚款合同价 2%，以此类推。（具体条款以合同商务条款为准。）

3、**报价要求：**

(1) 投标应对中医经络检测仪报单价及总价（有配套耗材需耗材报价），人民币报价。

(2) 投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件要求的内容，否则评标时将有效投标中该项内容的最高价计入其评标总价。

(3) 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

4、**技术资料：**

投标商须提供整机商检证、报关单，所投产品的样本(或彩页)、质量检验报告等技术资料。

5、**货款支付：**

产品验收合格后依据发票，一月内向中标方支付 95%货款，质保期内无质量问题，余款 5%在质保期结束后支付。

6、**运输：**

(1) 运杂费：已包含在合同总价内，包括从产品供应地点到合同指定交货地点所需的全部运输、保险、仓储、搬运等费用。

(2) 运输方式：投标单位自定。

7、**质量保证及售后服务要求：**

(1) 选用的产品及材料必须保证质量可靠、进货渠道正常、全面满足招标要求；

(2) 供货厂商应在国内及长沙本地有常设售后服务机构及售后工程师，提供相关证明文件，在接到用户对产品进行维修保养或更换的通知后，保证 4 小时内响应，12 小时之内到达用户现场；工作日 8 小时免费客服电话服务。质保期不低于两年，质保期内的相关费用（含造成院方或使用者损失的），全部由卖方支付。并免费提供后续维护调试服务；

(3) 在中国境内有相应的零配件保税库，存入所有必须的备件，并保证 10 年以上的供应期；

8、**技术服务：**

技术资料：

a) 产品合格证

- b) 检验测试报告
- c) 其他资料

9、验收：

(1) 产品到货并使用四周后，由湖南省中西医结合医院（湖南省中医药研究院附属医院）相关部门根据合同要求对其外观、数量及使用情况进行验收。

(2) 验收合格后，填写采购产品验收单，以便结算。

(3) 验收依据：

- a) 合同文本及附件。
- b) 产品清单、参数、数量、使用情况。
- c) 验收完成结果为满意，方可确认为验收合格。

10、评分标准

本次评标采用综合评分法，满分 100 分，评审指标设置为报价、商务、技术三大部份。其中报价部分 50%，商务部分 20%，技术部分 30 %。具体评分标准如下：

评分事项	评分项目	评分内容	分值
价格部分 (50 分)	价格得分 (50 分)	取所有有效投标报价的平均值作为评标基准价。投标人的价格分按公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（0.5）×100。四舍五入后保留 2 位小数。	50
技术条款 (30 分)	技术部分 (30 分)	<p>投标设备技术参数完全满足招标文件技术指标要求，配置清楚、参数清晰、阐述详尽的计 30 分，配置不详、技术参数条款有负偏离或有缺漏项的，每项按以下序列里扣分，扣完为止；要求提供证明文件，投标文件中附有投标货物制造商加盖公章的原版技术白皮书和检测机构出具的检测报告的，未提供者不得分；投标人提供的资料中如有虚假，技术部分得 0 分。</p> <p>1. 方法先进，具备较强的可行性、可靠性穴位电阻值取值范围 $10\ \Omega \sim 2 \times 10^6\ \Omega$；完全满足（$10\ \Omega \sim 200\ \text{万}\ \Omega$）计 4 分，不满足不计分。（需提供型检注册检验报告予以证明）；</p> <p>2. 检测性精度高，经络值误差 $\leq \pm 2$；计 4 分，不满足不计分。（需提供型检注册检验报告予以证明）；</p> <p>3. 重复性（稳定性）：重复测量误差 $\leq \pm 2$。计 4 分，不满足</p>	30



		<p>不计分。(需提供型检注册检验报告予以证明)；</p> <p>4. 采集方式：需满足通过测量人体 12 经脉手腕脚腕 24 个穴位点进行采集计。计 1.5 分，不满足不计分；</p> <p>5. 数据传输：开放数据协议端口，可将采集到的穴位点生物电值组合规律上传至数据库进行分析比对，按统计学原理返回穴位点经络值。计 1.5 分，不满足不计分；</p> <p>6. 报告生成：可根据数据库返回经络值依据组合规则生成报告。报告内容包含：早期疾病风险及八大系统风险提示功能，计 1.5 分，不满足不计分；</p> <p>7. 检测结果可直观量化显示经络及对应脏腑的“虚实盛衰、气血盈亏、人体系统平衡状态”可自动提供个性化诊疗方案及调理方案，计 1.5 分，不满足不计分；</p> <p>8. 经络值：可以数值的形式反映 12 经络的虚实状况，可生成对应症状，每条经络有经络值数值标准，具备经络脏腑病位关联分析功能，具备子午流注对应经脉提示功能，计 1.5 分，不满足不计分；</p> <p>9. 诊断报告内容应具有气血诊断图：以五行气血图反映五行气血状况，误差要求± 3，计 1.5 分，不满足不计分(需提供型检注册检验报告予以证明)；</p> <p>10. 诊断报告应具有阴阳分析图，反映 12 经脉阴阳状况，误差± 3，计 1.5 分，不满足不计分(需提供型检注册检验报告予以证明)；</p> <p>11. 报告内容需包含：经络能量指标、新陈代谢指标、精神状态指数、筋骨气血指数、甲状腺指数、自律神经指数等计 0.5 分，不满足不计分；</p> <p>12. 中医辩证论治及疗效评估检测功能（趋势发展分析）：可任意选择两个时间段的检测报告进行同屏对照分析，计 3 分，不满足不计分；</p> <p>13. 其他要求：可自动提供“未病预警提示、中医健康管理方案”包含：对应脚底按摩（足疗按摩建议）、针灸（针灸穴位建议）、经络按摩建议、情绪精油（芳香疗法建议）。计 3 分，不满足不计分；</p> <p>14. 检测方式及诊断结果应符合 T/CACM 1089-2018 标准。计 1 分，不满足不计分。</p>	
商务部分	技术先进性	1. 国家“973 计划”项目课题选用设备。（需提供第三方资	12

(20分)	(12分)	料证明) 2. 获得省级以上科技进步一等奖。(需提供获奖证书扫描件证明) 3. 参与中医治未病技术规范电导法穴位测评标准(T/CACM 1089-2018)的制定。(需提供相关资料证明)	6
	信誉与业绩 (6分)	投标人自2021年5月1日至今,投标方的市场信誉和历史业绩,每提供一份与此次同品牌同型号的中医经络检测仪成交合同的计3分,此项最多计6分。未提供合同证明材料计0分。 注:以合同签订时间为准,同一项目不重复计分。投标文件中提供加盖投标人公章的合同复印件,否则不计分。	
	培训及售后服务 (2分)	1. 由标人提供的培训方案进行评价,方案完整合理、针对性强、时间节点清晰合理的计1分,方案完整但不合理、针对性不强、时间节点模糊的计0分。 2. 供应商须提供售后服务方案:售后服务保障体系包括但不限于(上门服务、售后服务承诺、技术服务优势、运维管理制度等),售后服务保障体系完善、全面计1分,否则不计分。	2

(1) 评审委员会对供应商评分的算数平均值即为该供应商的最终评审得分(不得去评分项目的最高得分和最低得分),评分分值计算保留小数点后两位,小数点后第三位“四舍五入”。

(2) 评审结果按评审后得分由高到低顺序排列;综合得分相同的,按响应报价得分由低到高顺序排列;综合得分且响应报价得分相同的,按技术得分由高到低顺序排列。